



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Rodovia SC 484 -KM 02, Fronteira Sul, Chapecó-SC, CEP 89815-899, 49 2049-3788
www.uffs.edu.br

Para dar maior transparência ao processo licitatório, divulgo a resposta ao pedido de Esclarecimento recebido por e-mail da Empresa DATAMED:

Após a análise do Termo de Referência do pregão 90004/2024, cujo objeto: Equipamentos para os Laboratórios da UFFS o setor requisitante assim se manifestou:

“Em resposta ao questionamento do fornecedor para a CENTRÍFUGA REFRIGERADA P/ MICROTUBOS E TUBOS DE 10 ML, 15 ML, 30 ML E 50 ML, primeiramente, **chamamos a atenção que o número correto do item é 24** (o fornecedor está olhando a tabela do ETP, e não a tabela dos itens do processo, que é o Anexo III do Termo de referência).

Observado isto, seguimos com a resposta ao questionamento:

Será aceito proposta de apenas 1 rotor desde que sejam atendidas plenamente todas as especificações mínimas que estão sendo solicitadas no descritivo. Dentre elas, ressaltamos especial atenção:

- às quantidades mínimas de tubos (e seus respectivos volumes) que deve comportar o rotor:

* 6 tubos de 50 mL;

* 6 tubos de 30 mL;

* 6 tubos de 15 mL;

* 6 tubos de 10 mL;

* 24 microtubos de 1,5-2 mL.

- às capacidades mínimas de rotação de acordo com cada tipo de tubo:

* Velocidade máxima de trabalho de no mínimo 15.000 rpm com uso de tubos de 30 mL e com microtubos (1,5-2 mL);

* Velocidade máxima de trabalho de no mínimo 10.000 rpm com uso de tubos de 50 mL.”

Atenciosamente

TOMÉ COLETTI,

PREGOEIRO.